

**Załącznik nr 1**  
**do zapytania ofertowego z dnia 23.03.2023 r.**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania oraz musi spełniać wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz musi spełniać wymogi dyrektyw unijnych.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu i zakresu planowanej dostawy. Zaleca się powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 7 dni przed dostawą.

Pakiet 1			
Lp.	Produkt	Opis (wymagania minimalne)	Ilość
1	Defibrylator automatyczny	<p><u>Minimalne parametry techniczne:</u></p> <p>Automatyczny defibrylator zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie spełnia wymogi normy MIL-STD-810G,</li> <li>• tryb pediatryczny – bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów, umożliwiający użycie elektrod dla dorosłych w przypadku dzieci (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod</li> <li>• Automatycznie dopasowuje głośność komunikatów głosowych, aby były wyraźnie słyszalne,</li> <li>• litowo-jonowa bateria zapewnia 5 letni okres czuwania lub pozwala wykonać do 200 wyładowań,</li> <li>• wbudowane codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne autotesty,</li> <li>• karta pamięci umożliwiająca zapis parametrów pacjenta lub pełny zapis 5 akcji ratunkowych (minimalny czas trwania wynosi 2 godziny)</li> </ul> <p>Parametry defibrylacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• energia wyjściowa w przypadku pacjentów dorosłych wynosi 150 J przy 50 <math>\Omega</math>,</li> <li>• energia wyjściowa w przypadku pacjentów pediatrycznych wynosi 50 J przy 50 <math>\Omega</math>,</li> <li>• czas ładowania wstrząsu zajmuje mniej niż 8 sekund,</li> <li>• czas ładowania po zakończeniu RKO wynosi 8 sekund,</li> <li>• fala mająca kształt e-cube dwufazowa, która jest ścięta wykładniczo.</li> </ul> <p>EKG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odprowadzenie EKG na poziomie II,</li> <li>• reakcja na częstotliwość od 1 Hz do 30 Hz,</li> <li>• zakres impedancji pacjenta 25 <math>\Omega</math> do 175 <math>\Omega</math>, w innym przypadku defibrylacja nie zostanie wykonana,</li> <li>• defibrylacja jest wykonywana w przypadku migotania komór lub szybkiego migotania komór,</li> <li>• spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80.</li> </ul>	1 szt.

		<p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bateria 12V, 4,2Ah LiMnO<sub>2</sub>,</li> <li>bateria wystarcza na 200 wyładowań lub 8 godzin ciągłej pracy (w przypadku temperatury pokojowej),</li> <li>bateria z 5 letnią gwarancją,</li> <li>praca w temperaturze od 0 °C do 43 °C,</li> <li>przechowywanie w temperaturze od -20 °C do 60 °C,</li> </ul> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>defibrylator AED</li> <li>uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych) z 24-miesięcznym okresem przydatności do użycia,</li> <li>5 letnią baterię,</li> <li>torbę transportową,</li> <li>Instrukcję użytkowania w j. polskim.</li> </ul> <p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5-letnia gwarancja na urządzenie</li> <li>5-letnia gwarancja na baterię (akumulator).</li> </ul>	
2	Krzesło ewakuacyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krzeselko ewakuacyjne wyposażone w prowadnice umożliwiające przemieszczania się po schodach</li> <li>Waga krzeselka maksymalnie: 15 kg</li> <li>Wysokość maksymalna po złożeniu: 1100 mm</li> <li>Szerokość maksymalna: 600 mm</li> <li>Ładowność: do 150 kg</li> <li>Koła tylne minimum ø 200mm</li> <li>Koła przednie minimum ø 100mm</li> <li>Tworzywo PVC łatwe do czyszczenia</li> <li>Podnózek</li> <li>Przednia część z odchyleniem ku tyłowi i chroniona przez dwa boczne przenośniki, zintegrowane z przodu z podnóżkiem.</li> <li>Minimum dwa pasy 50 mm przytrzymujące tułowie i głowę</li> <li>Przednie koła z hamulcem</li> <li>Regulowane położenie zagłówka jest ruchome, umożliwiające dostosowanie dla osób o różnym wzroście</li> <li>Wieszak ścienny lub szafka w zestawie</li> </ul> <p>Normy i dopuszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Krzesła ewakuacyjne należą do kategorii wyrobów medycznych, dlatego muszą spełniać wymagania rozporządzenia UE Reg. 2017/745 i być opatrzone znakiem CE.</li> </ul>	1 szt.